

Konfigurations-Set für Temperatur-Transmitter

WIKA Datenblatt SP 10.19

Anwendungen

- Konfiguration von Temperatur-Transmitter Typ T12/T24
- Konfiguration der Kompaktthermometer Typ TR30/TR227

Besonderheiten

- Versorgt den angeschlossenen Transmitter über Batterie



Konfigurations-Set für Temperatur-Transmitter

Beschreibung

Das Konfiguration-Set enthält:

- Programming Unit für den Anschluss an die serielle Schnittstelle eines Windows-PC inkl. 9 V Batterie
- Anschlusskabel, RS-232-C (9-poliger Stecker und Buchse)
- Zwei Anschlusskabel zur Kontaktierung des Transmitters

Sie können die neueste Version der Konfigurations-Software für den Transmitter Typ T12/T24/TR30 von unserer Homepage www.wika.de downloaden.

Bestell-Nr.

Konfigurations-Set für T12 und für T24 3634842

Weiteres Zubehör

USB zu RS-232 Adapter für PC ohne seriellen RS-232 Port siehe Datenblatt SP 10.20.

WIKA Datenblatt SP 10.19 · 03/2008